FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Tabletas de cobre para fotómetro

Palintest | Presentación solicitada: 250 unidades

Referencia del reactivo pendiente de confirmar

El nombre facilitado no distingue entre cobre libre y cobre libre/total. Palintest publica dos referencias fotométricas de 250 tabletas; no es posible asignar una de ellas sin revisar la etiqueta. [1]

Características documentadas

Referencia Palintest	Determinación y presentación oficiales [1]
AP187	Cobre libre; 250 tabletas; rango 0-5 mg/L.
AP186	Cobre libre y total; 250 tabletas; rango 0-5 mg/L.

Identificación comercial adicional

BEHQ recoge «Cobre Fotometría / Copper Photometer C/250» con referencia de distribuidor 103997. [2] Esta denominación no permite confirmar por sí sola si el envase es AP186 o AP187.

Uso y compatibilidad

Son reactivos de análisis fotométrico. Seleccionar el procedimiento del reactivo y el programa de cobre compatible con el fotómetro concreto. No se fija aquí un volumen de muestra, un tiempo de reacción ni un número de ensayos por caja: dependen de la referencia y del procedimiento.

Dato necesario para cerrar la ficha

Confirmar AP186 o AP187 en el envase. La caducidad, las condiciones de conservación y las precauciones deben cotejarse con la etiqueta y ficha de seguridad del producto suministrado.

Fuentes y trazabilidad

[1] Palintest. Catálogo oficial de consumibles, sección Photometric: Copper Free y Copper Free and Total. Consultar fuente.

[2] BEHQ. Catálogo Piscimar PT 2026, p. 161, reactivos Palintest; copia en Hidraulicart, contenido indexado. Consultar fuente.

Consulta: 28/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.