FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Kit Midget de cloro K-1768

Taylor Technologies | Escala 0,2-3,0 ppm como Cl_2

Referencia, escala y método confirmados por el fabricante

Kit colorimétrico con comparador Midget para cloro libre y total mediante DPD. El cloro combinado se obtiene restando el resultado de cloro libre al de cloro total. [1]

Características documentadas

Característica	Dato del fabricante
Referencia	K-1768. [1]
Sistema / química	Comparador Midget / DPD. [1]
Escala de comparación	0,2 / 0,4 / 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 ppm como Cl_2. [1]
Comparador / célula	9040 / 4024, según la ficha técnica del fabricante. [2]
Cloro combinado	Cloro total menos cloro libre. [1, 3]
Instrucciones aplicables	5118; ensayo de comparación de color. [1, 3]

Procedimiento y presentación

Las instrucciones 5118 contemplan distintos kits: reactivos DPD líquidos o tabletas, un único comparador y una única célula. [3] No se considera que todas las referencias de reactivos o todos los comparadores enumerados estén incluidos en K-1768. Comprobar la presentación suministrada.

Lectura y conservación

Seguir el método correspondiente al reactivo entregado para cloro libre y después total. La escala no tiene intervalos uniformes y no se atribuye una resolución constante de 0,2 ppm. Caducidad y número de análisis del lote: comprobar en su documentación.

Fuentes y trazabilidad

[1] Taylor Technologies. Ficha oficial K-1768, DPD 0,2-3,0 ppm. Consultar fuente.

[2] Taylor Technologies. Ficha técnica K-1768, tabla de comparador y célula. Consultar fuente.

[3] Taylor Technologies. Instrucciones generales 5118, revisión 110817. Consultar fuente.

Consulta: 28/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.