FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Kit Midget cloro K-1768-2

Taylor Technologies | Cloro libre y total · 1,5–10 ppm

Modelo y escala confirmados en documentación del fabricante

Kit de comparación visual de color mediante DPD para determinar cloro libre y cloro total. El cloro combinado se calcula restando el libre al total. [1, 2]

Características documentadas

Característica	Dato documentado
Referencia	K-1768-2. [1]
Método	DPD con comparador Midget. [1]
Escala de cloro	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 6; 8 y 10 ppm, expresadas como Cl_2. [1]
Comparador / célula	9048 / 4025. [1]
Volumen de la célula 4025	5 mL. [2]
Reactivos documentados para el kit	R-0001, R-0002 y R-0003. [1]

Procedimiento resumido

Llenar la célula hasta su marca. Para cloro libre, añadir 5 gotas de R-0001 y 5 de R-0002, mezclar y comparar el color. En la misma muestra, añadir 5 gotas de R-0003 para leer cloro total. Cloro combinado = total − libre. Consultar el procedimiento completo antes del uso. [2]

Límites y trazabilidad

La escala no expresa una tolerancia de exactitud. No se atribuyen número de análisis ni caducidad sin documentación del lote. No confundir con K-1768, cuya escala es 0,2–3 ppm. La identificación exacta se apoya en el catálogo industrial indexado; su enlace histórico actualmente redirige al sitio de Taylor. [1]

Fuentes y trazabilidad

[1] Taylor. Industrial & Commercial Catalog, p. 18, fila K-1768-2; contenido indexado, enlace histórico con redirección. Consultar fuente.

[2] Taylor. Instrucción 5118, comparadores DPD y célula 4025. Consultar fuente.

Consulta: 28/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.