FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Kit Midget cobre K-1738

Taylor Technologies | 0,2-3 mg/L en agua | Escala publicada en ppm Cu

Referencia, método y escala documentados

Kit colorimétrico de comparación visual para cobre mediante cuprizona. La documentación Taylor identifica el comparador Midget 9049 y la célula 4024 para este modelo. [1]

Características documentadas

Característica	Información documentada
Referencia	K-1738. [1]
Método	Cuprizona; comparación visual Midget. [1]
Escala de cobre	0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0 y 3,0 ppm Cu. [1, 3]
Comparador / célula	9049 / 4024 de 11,5 mL. [1, 2]
Reactivos documentados	R-0860 Copper Reagent #1 y R-0861 Copper Reagent #2. [2]
Preparación publicada	11,5 mL de muestra; 0,5 mL de cada reactivo, con pipetas separadas. [2]
Tiempo antes de comparar	5 minutos. [2]

Interpretación y límites

Las concentraciones elevadas de hierro pueden interferir. [1] El resultado se lee en la escala del comparador y no se presenta como una medición con exactitud de ±0,2 ppm. Consultar las instrucciones completas antes de realizar el ensayo.

Trazabilidad documental

La ficha y el folleto histórico de Taylor están disponibles como contenido indexado; sus enlaces antiguos pueden redirigir a la web actual. BEHQ 2025 confirma el modelo y la escala. [1-3] No se fija caducidad ni número garantizado de análisis sin revisar el lote y la edición del kit.

Fuentes y trazabilidad

[1] Taylor. Ficha histórica oficial K-1738; contenido indexado. Consultar fuente.

[2] Taylor. Metal Test Kits, procedimiento representativo de K-1738, instrucción 5119; contenido indexado. Consultar fuente.

[3] BEHQ. Piscimar PT 2025, p. 148, Cobre, fila K-1738. Consultar fuente.

Consulta: 29/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.