FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Kit Taylor K-1518 FAS-DPD

Cloro libre y combinado / monopersulfato | Referencia BEHQ 100008

Referencia y método confirmados; factores documentales diferenciados

Kit de valoración por gotas para determinar cloro libre, cloro combinado y monopersulfato. La ficha actual Taylor identifica el método FAS-DPD y una equivalencia de 0,2 ppm por gota para el procedimiento publicado. BEHQ vincula K-1518 con 100008. [1, 2]

Características documentadas

Característica	Información documentada
Referencia Taylor / BEHQ	K-1518 / 100008. [1, 2]
Método	Valoración FAS-DPD por recuento de gotas. [1]
Determinaciones	Cloro libre y combinado; monopersulfato. [1]
Factor de la ficha Taylor actual	1 gota = 0,2 ppm de cloro. [1]
Expresión del monopersulfato	1 gota = 0,2 ppm expresadas como cloro (Cl2). [1]
Instrucción citada por Taylor	5806. [1]
Número de pruebas en BEHQ	144, cifra de catálogo; no garantía para cualquier concentración. [2]

Diferencia entre fuentes

BEHQ publica 0,2 o 0,5 ppm por gota; la ficha Taylor actual consultada indica 0,2 ppm. [1, 2] No se alternan factores sin seguir el volumen de muestra y procedimiento de la instrucción correspondiente al kit.

Interpretación y uso

El monopersulfato expresado como Cl2 no es automáticamente concentración en masa del producto comercial. El factor por gota no es límite máximo ni exactitud certificada. Seguir la secuencia de la instrucción 5806 para separar las determinaciones y consultar caducidad, conservación y fichas de seguridad de los reactivos.

Fuentes y trazabilidad

[1] Taylor. Ficha oficial K-1518, FAS-DPD y equivalencias. Consultar fuente.

[2] BEHQ. Piscimar 2026, p. 169; copia del documento en Hidraulicart. Consultar fuente.

Consulta: 29/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.