FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Tabletas de hierro para fotómetro

Palintest | Presentación de 250 tabletas

Referencia y rango exactos pendientes de la etiqueta

La denominación no identifica un reactivo único. Palintest publica tres referencias fotométricas de hierro en envases de 250 tabletas, con rangos diferentes; no se elige una por suposición. [1]

Características documentadas

Referencia oficial	Reactivo / rango publicado [1]
AP155	Iron LR, 250 tabletas; 0-1 mg/L.
AP292	Iron MR, 250 tabletas; 0-5 mg/L.
AP156	Iron HR, 250 tabletas; 0-10 mg/L.
Referencia comercial BEHQ	103999: Hierro Fotometría C/250. El nombre no especifica AP155, AP292 o AP156. [2]

Selección de reactivo

Confirmar la referencia AP de la etiqueta, el modelo de fotómetro y el programa compatible. El rango es el del método correspondiente, no una propiedad común a cualquier tableta de hierro. No se identifica como reactivo Rapid para comparador visual.

Uso y alcance

Seguir las instrucciones del reactivo y equipo para volumen de muestra, disolución y tiempo de lectura. No se fija el número de análisis, la caducidad restante o el tipo de hierro determinado sin conocer el envase y procedimiento. No se extrapola la sensibilidad publicada de un fotómetro al paquete sin identificar.

Fuentes y trazabilidad

[1] Palintest. Catálogo oficial de consumibles, Iron LR / MR / HR. Consultar fuente.

[2] BEHQ. Piscimar 2026, p. 161; copia del catálogo en Hidraulicart. Consultar fuente.

Consulta: 29/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.