FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Kit de ozono Taylor K-1822

Taylor Technologies | Comparador Slide DPD | 0-0,66 ppm

Referencia identificada; el rango oficial llega a 0,66, no a 0,60 ppm

Kit de comparación visual para ozono por método DPD. Taylor publica K-1822 con escala de 0 a 0,66 ppm. En agua, esta concentración se expresa habitualmente como mg/L; se conserva el límite de 0,66 del fabricante. [1, 2]

Características documentadas

Característica	Datos del fabricante [1, 2]
Referencia / parámetro	K-1822 / ozono.
Método / sistema	DPD / comparador Slide.
Escala publicada	0 / 0,07 / 0,13 / 0,20 / 0,26 / 0,33 / 0,40 / 0,53 / 0,66 ppm.
Comparador	9318.
Célula	4024.
Reactivos de catálogo	R-0001, R-0002 y R-0003.
Instrucción referenciada	5570. [2]

Interferencias

El catálogo advierte que bromo, cloro, yodo y manganeso oxidado pueden registrarse como ozono. [1] No interpretar el resultado como selectivo de ozono sin aplicar el procedimiento de control de interferencias.

Lectura y suministro

Las marcas de la escala no equivalen a una declaración de exactitud. Seguir la instrucción 5570 para muestra, reactivos y comparación. No se fija número de ensayos ni volumen de los frascos sin la presentación suministrada. Comprobar lote, caducidad y fichas de seguridad.

Fuentes y trazabilidad

[1] Taylor. Catálogo Industrial & Commercial, apartado Ozone, K-1822. Consultar fuente.

[2] Taylor. Instrucción general Slide 5135, tabla K-1822 e instrucción específica 5570. Consultar fuente.

Consulta: 29/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.