FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Kit QAC y polyquat K-9065

Taylor Technologies | Análisis por gotas

Referencia y equivalencias confirmadas por el fabricante

Kit de análisis por gotas para amonios cuaternarios (QAC) y policuaternarios (polyquat). Taylor identifica K-9065 como ensayo por neutralización directa y publica una equivalencia distinta para cada tipo de producto. [1]

Características documentadas

Característica	Información del fabricante [1]
Marca / referencia	Taylor Technologies / K-9065.
Parámetros	QAC y polyquat.
Tipo de ensayo	Análisis por gotas.
Química del método	Neutralización directa.
Equivalencia para QAC	1 gota = 1,25 ppm.
Equivalencia para polyquat	1 gota = 0,5 ppm.
Rango fijo / exactitud	No declarados en la ficha web consultada.
Número de ensayos / caducidad	No confirmados; dependen del suministro y uso.

Interpretación

Las equivalencias son factores de cálculo del procedimiento del fabricante, no límites superiores de medida ni una declaración de exactitud. Elegir el procedimiento correspondiente al analito y respetar volumen de muestra, reactivos y punto final indicados en sus instrucciones.

Alcance

No se considera un ensayo de cloro ni una determinación simultánea que separe QAC y polyquat en cualquier mezcla. Confirmar aplicabilidad a la formulación y posibles interferencias con las instrucciones del kit.

Fuentes y trazabilidad

[1] Taylor Technologies. Página oficial K-9065, Drop Test QAC / Polyquat. Consultar fuente.

Consulta: 30/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.